

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **NABAVKA SITNE OPREME ZA NAUKU-centrifuge**

Referentni broj: **D-0020**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovanje,</p> <p>Prema Vašem pozivu D-0020 NABAVKA SITNE OPREME ZA NAUKU-centrifugemolim da pojasnite sledeće :</p> <p>Da li je odgovarajuće ponuditi centrifugu maksimalne brzine 15.000 RPm bez, odnosno 10.000 RPM uz ugaoni rotor 6 x 50ml, sa svim ostalim zahtevanim karakteristikama?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>obaveštavamo Vas da ostajemo pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0020/2021</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu sa maksimalnim brojem obrtaja od 18000 rpm ukoliko je sa tim brojem obrtaja zadovoljen vaš zahtev o intenzitetu gravitacionog polja, max rcf \geq 23500g? Uređaj koji možemo ponuditi ostvaruje Max. RCF: 23 542 g pri maksimalnoj brzini od 18000 RPM.</p> <p>Srdačan pozdrav</p>	<p>Poštovani,</p> <p>obaveštavamo Vas da nije prihvatljivo.Ostajemo pri zahtevu iz tehničke specifikacije.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0020/2021</p>