

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

## Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Дигитални осцилоскоп пропусног опсега најмање 1 GHz, за два аналогна сигнала**

Референтни број: **Д-0019**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Молим Вас за појашњење Модела уговора, члана 8 – Наведено је да рекламни рок у ком је Продавац дужан да се одазове отклањању рекламације износи 5 радних дана. Молимо вас да потврду да се овај рок односи на рок да се роба која је у квару преузме.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену Модела уговора у складу са Вашом сугестијом.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0019</p>
<p>У моделу уговора, у члану 8 наведено је: У вези замене уређаја услед немогућности поправке Продавац је дужан да изврши замену неисправне опреме новом исправном у року од 30 дана од дана упућивања Изјаве о рекламацији опреме од стране Купца.</p> <p>Молимо вас за потврду да је овај рок могуће продужити са 30 на 60 дана имајући у виду да наведени рок не зависи од понуђача, већ је на страни произвођача опреме на шта не можемо утицати.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену Модела уговора у складу са Вашом сугестијом.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0019</p>

## Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
---------------	---------------------

<p>Поштовани,</p> <p>Молимо за разјашњење следећих детаља спецификације:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да ли се под брзином узорковања од најмање 5 ГС/с мисли на брзину узорковања по каналу или интерлеавед (на оба канала)?</li> <li>2. Да ли се под меморијом од најмање 10 Мп мисли на меморију по каналу или интерлеавед (на оба канала)?</li> <li>3. Није наведена захтевана брзина А/Д конвертора иако постоји та ставка у спецификацији</li> </ol>	<p>Поштовани,</p> <p>За питање под р. бр. 1 мисли се на узорковање по каналу.</p> <p>За питање под р. бр. 2 мисли се на меморију по каналу.</p> <p>За питање под р. бр. 3 биће измењена техничка спецификација за ту ставку и гласиће: "Максимална фреквенција појединачног сигнала који осцилоскоп може приказати (Real - time Bandwidth) - најмање 500 MHz"</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0019</p>
<p>Поштовани,</p> <p>Молим вас да наведете ниво шума који осцилоскоп треба да поседује.</p> <p>Молим вас да наведете прецизност ДЦ појачања коју осцилоскоп треба да поседује.</p> <p>Молим вас да јавите да ли осцилоскоп треба да поседује интегрисан анализатор спектра.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Одговори су следећи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На 50 Ома, опсег 1 mV мање од 0,2 mV, опсези од 2 до 10 mV, мање од 0,5 mV</li> <li>2. Прецизност ДЦ појачања 1 mV/Div и 2 mV/Див боља од ±3% за опсеге од 5 mV/Div па навише боља од ±2%</li> <li>3. Да, понуђени дигитални осцилоскоп мора садржати анализатор спектра. Наручилац ће допунити техничку спецификацију у складу са одговором.</li> </ol> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0019</p>
<p>Молим Вас за појашњење Модела уговора, члана 8 – Наведено је да рекламни рок у ком је Продавац дужан да се одазове отклањању рекламације износи</p>	<p>Поштовани,</p>

<p>5 радних дана. Молимо вас да потврду да се овај рок односи на рок да се роба која је у квару преузме.</p>	<p>Наручилац ће извршити измену Модела уговора у складу са Вашом сугестијом.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0019</p>
<p>У моделу уговора, у члану 8 наведено је: У вези замене уређаја услед немогућности поправке Продавац је дужан да изврши замену неисправне опреме новом исправном у року од 30 дана од дана упућивања Изјаве о рекламацији опреме од стране Купца.</p> <p>Молимо вас за потврду да је овај рок могуће продужити са 30 на 60 дана имајући у виду да наведени рок не зависи од понуђача, већ је на страни произвођача опреме на шта не можемо утицати.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену Модела уговора у складу са Вашом сугестијом.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0019</p>