

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: СИТНА ОПРЕМА ЗА НАУКУ - ТЕМЕ 2021

Референтни број: Д-0169

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, да ли је прихватљиво за Партију 1 - дигитална магнетна месалица са грејањем, понудити опсег брзине 100 ... 1500 мин ⁻¹ , као и димензију керамичке плоче 184 x 184 мм?	Поштовани, прихватљиво је понудити за Партију 1 - дигитална магнетна мешалица са грејањем, опсег брзине 100 ... 1500 мин ⁻¹ , као и димензију керамичке плоче 184 x 184 мм. Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас! Комисија за ЈН Д-0169/2022

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
Партија бр.2 - Пх метар Да ли је потребно понудити преносни (портабл) пХ метар са пратећом опремом или стони (бенцх) пХ метар са пратећом опремом?	Поштовани, потребно је понудити стони пХ метар. Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!Комисија за ЈН Д-0169/2022

Поштовани, да ли је прихватљиво за Партију 1 - дигитална магнетна месалица са грејањем, понудити опсег брзине 100 ... 1500 мин-1, као и димензију керамичке плоче 184 x 184 мм?

Поштовани,
прихватљиво је понудити за Партију 1 - дигитална магнетна мешалица са грејањем, опсег брзине 100 ... 1500 мин-1, као и димензију керамичке плоче 184 x 184 мм.

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!

Комисија за ЈН Д-0169/2022